

## **INDICAÇÃO Nº.53/2017.**

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Excelência que providencie os matérias que estão em falta na vigilância sanitária de nosso município, visto que foi realizada uma visita técnica da sub rede de Leishmaniose em 12 de dezembro de 2016 e constataram a falta dos seguintes condições:

- Área Física exclusiva e ventilada para o processamento de amostras biológicas com bancada;
- Possuir áreas físicas de tamanho adequado,
- Possuir áreas físicas com luminosidade adequada,
- Possuir áreas físicas organizadas e limpas,
- Freezer para amostras biológicas ( controle de qualidade)
- Cronômetro/time,
- Termômetros digitais,
- Possuir numero suficiente de pessoal para realização de TR DPP,
- Necessidade de um auxiliar/ oficial administrativo para auxiliar nos serviços de registro, digitação de laudo e encaminhamento das amostras ( relação remessa e mostras de controle de qualidade).

Sem mais para o momento elevo meus protesto de estima e distintas considerações.

Sala das Sessões, Plenário Adelino Miranda Mathias, aos 07 de abril de 2017.

Autor:

**José Roberto Berti**  
**VEREADOR**